



Corresponde al Ex 2024-00002495-SAMIC-SL#HBBE

ANEXO I

DETALLE DE LOS RENGLONES A PROVEER

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA"
DESTINO: SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, Sala de Mesa de Entradas, sito en la calle San Martín N° 504, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires, en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas, hasta el **día 13 de marzo del 2024 a las 12:50 horas.**

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE/DESCRIPCIÓN
1	20	Unidad	Sensor para medición de la saturación de oxígeno de la hemoglobina zonal absoluta existente en la sangre de paciente adulto ≥ 40 kg (88,2 lb), autoadhesivo, con cubierta hidrocólode, de policloruro de vinilo (PVC), con rangos de medición Cerebral con exactitud (Sesgo \pm Precisión) de 45 a 95 %: de $-0,14 \pm 3,05$ % a 1 DS, rango de medición NO cerebral con una exactitud (Sesgo \pm Precisión) de 45 a 95 %: De $0,04 \pm 4,22$ % a 1 DS, con ficha de conexión compatible con monitor ForeSight Edwards. Envase individual. Libre de látex. De un solo uso. Desechable.
2	15	Kit	Kit TIVA compuesta por un prolongador de poliuretano de 3 vías con válvulas antirretorno, de 6 cm de longitud, caudal 170 ml/min cada vía, volumen muerto 0,3 ml cada vía y 3 líneas prolongadoras de 300 cm de longitud con conexión Luer Lock. Tipo: DCD1973
3	2	Unidad	Estilete para la intubación difícil y la introducción del TET, con punta rígida y preformada, con lumen de oxigenación y graduación para (TET $>4.5,0$ mm) 11Ch y 65cm. de longitud y conector universal de 15mm y Luer Lock. Descartable. Estéril, atóxica y apirógena
4	2	Unidad	Estilete para la intubación difícil y la introducción del TET, con punta rígida y preformada, con lumen de oxigenación y graduación para (TET $>6,0$ mm) 15Ch y 65cm. de longitud y conector universal de 15mm y Luer Lock. Descartable. Estéril, atóxica y apirógena
5	5	Unidad	Videobroncoscopio óptico flexible Slim 3.8/1.2 para intubación selectiva y/o dificultosa con TET de > 5 mm y/o TendoBronquial <37 Fr, compuesto por mango liviano y anatómico con acceso para aspiración e inserción de elementos de toma de muestras, una cuerda o fibra óptica recubierta y flexible de <80 cm de longitud con canal de 3.8mm de diámetro y 1.2mm de diámetro de canal de trabajo y fijación de TET en extremo proximal y ángulo de flexión $130^\circ/130^\circ$ de un solo uso. Compatible con monitor



Corresponde al Ex 2024-00002495-SAMIC-SL#HBBE

			Aviev. SAL. Desechable. Tipo: Aescopé Slim AMBU
6	10	Unidad	Set de cateterización arterial mediante técnica de seldinger 21 G x 4cm con aletas de fijación lateral, catéter + alambre guía (cuerda de piano) Calidad igual o superior Vygon
7	10	Unidad	Set de cateterización arterial mediante técnica de seldinger 22 G x 8 cm con aletas de fijación lateral, catéter + alambre guía (cuerda de piano) Calidad igual o superior Vygon
8	3	Kit	Kit Volumen View para medición de los parámetros de volumen obtenidos a través de la termo dilución transpulmonar (EVLW,GEDV,GEF, PVPI, ITBV) parámetros hemodinámicos estáticos (GC, VS, RVS, VVS e IVS) y parámetros hemodinámicos continuos compuesto por un catéter sensor arterial femoral de 5Fr x 20cm, catéter VolumenView de 4Fr x 16cm, una llave manifold VolumenView y un con catéter arterial de 20G x 80mm con técnica de Seldinger.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- 1) **LUGAR DE ENTREGA DE LOS INSUMOS:** Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, **Servicio de Farmacia**, sito en la calle San Martín N° 504, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires.
- 2) **PLAZO DE ENTREGA:** Según Artículo 19° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- 3) **MANTENIMIENTO DE OFERTA:** Sesenta (60) días corridos desde el acto de apertura de ofertas. Las ofertas se considerarán prorrogadas por igual período a menos que el oferente declare lo contrario por medio fehaciente con anterioridad al vencimiento del plazo original.
- 4) **FACTURACIÓN Y PAGO:** El Hospital pagará sus obligaciones conforme los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la factura.
- 5) **DOCUMENTACIÓN:** Todos los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación que se detalla en los incisos A), B), C) y D) del Artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por el Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución Nro. 35/2022 del Consejo de Administración.

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría

◊ San Martín 504, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires ◊

Corresponde al Ex 2024-00002495-SAMIC-SL#HBBE

**2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA,
LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD**

