



Corresponde al Ex 2025-00041596-SAMIC-SL#HBBE

ANEXO I

DETALLE DE RENGLONES A PROVEER

OBJETO: "INSUMOS DE HEMODINAMIA"

DESTINO: "SERVICIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOANGIOLOGÍA INTERVENCIONISTA"

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, Sala de Mesa de Entradas, sita en la calle San Martín N° 504, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires, en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas, hasta el día 07 de julio del 2025 a las 12:50 horas.

RENLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE/DESCRIPCION
1	10	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 2.25 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
2	20	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 2.5 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
3	20	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 2.75 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
4	50	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 3.0 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
5	30	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 3,5 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
6	20	Unidades	STENT CORONARIO LIBERADOR DE DROGA con polímero biodegradable, compatible con guía 0,014``montado sobre balón de intercambio rápido 4 x 08-44 mm, envasado hermético, estéril y atóxico.
7	5	Unidades	Catéter angiográfico diagnóstico para cuerda 0,035`` SIMMONS 2 5 Fr., 100-110 cm, de punta suave, buen torque y luz interna. Envasado herméticamente, estéril y atóxico.
8	5	Unidades	Catéter angiográfico diagnóstico para cuerda 0,035`` SIMMONS 3 5 Fr., 100-110 cm, de punta suave, buen torque y luz interna. Envasado herméticamente, estéril y atóxico.



Corresponde al Ex 2025-00041596-SAMIC-SL#HBBE

9	50	Unidades	Introdutores para catéteres modelo 6 Fr x 10-15 cm, envasado hermético, estéril y atóxico, con guía 0,018" (variedad radial).
10	5	Unidades	Introdutores para catéteres modelo 12 Fr x 10-15 cm, envasado herméticamente, estéril y atóxico, con guía 0,035" y aguja de punción.
11	5	Unidades	Introdutores para catéteres modelo 14 Fr x 10-15 cm, envasado herméticamente, estéril y atóxico, con guía 0,035" y aguja de punción.
12	10	Unidades	Cuerda angiográfica con cobertura hidrofílica punta angulada 0,035"x 150 cm
13	10	Unidades	Cuerda angiográfica con cobertura hidrofílica punta angulada extrasoporte tipo Road Runer 0,035"x 260 cm.
14	50	Unidades	Kit angioplastia: Llave hemostática y con introductor y rotador para cuerda de angioplastia. Envasado hermético, estéril y atóxico.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- 1) **LUGAR DE ENTREGA DE BIENES:** Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, **Servicio de Farmacia**, sito en la calle San Martín N° 504, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires.
- 2) **PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA:** Según Artículo 22° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- 3) **MANTENIMIENTO DE OFERTA:** Sesenta (60) días corridos desde el acto de apertura de ofertas. Las ofertas se considerarán prorrogadas por igual período a menos que el oferente declare lo contrario por medio fehaciente con anterioridad al vencimiento del plazo original.
- 4) **FACTURACIÓN Y PAGO:** El Hospital pagará sus obligaciones conforme los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la factura.
- 5) **DOCUMENTACIÓN:** Todos los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación que se detalla en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por el Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución Nro. 35/2022 del Consejo de Administración.

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS